

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 1月16日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	水質試験機器 2品目		
納品場所	東宇治浄化センター 2階 水質試験室		
納入期限	令和8年3月30日		
物品概要及び条件	水質試験機器 2品目		
予 定 価 格	¥2,387,286 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和8年1月22日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和8年2月10日(火) 場 所 宇治市役所 西館 4階入札室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。

令和8年1月16日（金）午前9時から

令和8年1月28日（水）午後5時まで

- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。

- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。

- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。

- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。

- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

水質試験機器 2 品目 仕様書

1. 品 名 水質試験機器 2 品目

(1) 純水製造装置

(2) 分光光度計

2. 台 数 各 1 台

3. 納入期限 令和 8 年 3 月 3 0 日

4. 納入場所 宇治市木幡北島 1 0 番地
東宇治浄化センター 管理棟 2 階 水質試験室

5. 仕様・性能

(1) 純水製造装置

採水方式	イオン交換→蒸留
採取純水	イオン交換水、蒸留水
蒸留能力	1. 5 リットル/時
水質レベル	A4 (イオン交換水)、A4 (蒸留水)
採水容量設定範囲	連続採水
構成	凝縮器：硬質ガラス、ヒータ：セラミックヒータ
漏水検知	検知センサあり
表示	水位表示あり、水質表示あり、イオン交換樹脂交換表示
外形寸法	幅 600×奥行 600×高さ 800mm 以内
蒸留水貯留タンク	2 0 リットル以上
電源、定格電流	AC100V 12.5A (20A)
重量	6 5 kg以下
付属品	給水/排水ホース、接続ホースアセンブリ、前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジほか、設置・稼働に必要な物品
オプション	採水ホースユニット

参考商品：ヤマト科学 WG206

(2) 分光光度計

本体

スペクトルバンド幅	5nm 以内
測定波長	190～1100nm 範囲以上で波長の正確さは±1nm 以内
波長繰返し精度	±0.3nm 以内
ビーム方式	モニターダブル方式またはレシオビーム方式

光源	ハロゲンランプ及び重水素ランプの2重光源
検出器	シリコンフォトダイオード方式
ベースライン	0.001 Abs/h 以内
データ保存	USB メモリへのデータ保存可能
外形寸法	幅 500mm×奥行 400mm×高さ 300mm 以内
電源、定格電流	AC100V・14A
重量	20kg 以下
オプション	水質測定プログラムパック J

参考機器：島津製作所 UV-1280

プリンター

印字方式	感熱方式またはサーマルラインドット方式
印字桁数	70 桁以内
印字幅 / 紙幅	110mm 以内 / 120mm 以内
印字速度	最高 100mm 以内
外形寸法	幅 200mm×奥行 200mm×高さ 80mm 以内
重量	1000g 以内(バッテリーパック含む)
オプション	本体接続ケーブル

参考商品：島津製作所 DPU-S445

規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和8年1月22日17時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

6. 納入、設置及び試運転

- (1) 納入設置の日時については、水管理センター担当職員と調整すること。
- (2) 納入方法については、重量物であることを考量し、事故のないように行うこと。
- (3) 納入する機器は、水管理センター担当職員の指定する場所に設置すること。
- (4) 各機器の性能が満たされることを試運転にて確認すること。
- (5) 試運転時には、水管理センター担当職員に対し、実運転による操作方法説明を行うこと。

7. 既存機器の処分

既存機器については、回収し適切に処分するものとする。

8. その他

疑義が生じた場合は、水管理センター担当職員と協議の上、決定することとする。